



ANALI 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:

[Http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico\\_095.htm](http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico_095.htm)**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 98180/2020A**  
**ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS****Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"**

São Paulo, 07 de Junho de 2020.	
<b>CX COSMETICOS EIRELI</b>	Rua Doutor Deodato Wertheimer 668 Vila Mogilar
Solicitante: Fernando Carlos Pereira	CEP: 08.773-090 - Mogi Das Cruzes /SP

Material: Máscara de Proteção Facial	
Data de entrada: 04/06/2020	Hora de entrada: 14:32
Embalagem: Saco Plástico	Condições de transporte: Temperatura ambiente

**Descrição da amostra:**

Marca: Thara Beauty Lote: FHB31031MMM Composição: Papel Gramatura: 179g/m <sup>2</sup> Quantidade de Camadas: 1 Camada Cor: Branca Tamanho: 24cm x 14cm Fabricante: Arpack Digital Ltda.		
Nº do produto: 01	Data de Fabricação: 04/2020	Data de Validade: 5 anos

**Micro-organismo utilizado:** *Staphylococcus aureus* ATCC 6538**Resultado:** A amostra apresentou 99,99% de eficiência de filtração bacteriana.**Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004**

BFE% $\geq$ 95%	Aprovada
BFE% <95%	Reprovada

**Metodologia:** ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em [www.controlbio.com.br](http://www.controlbio.com.br).